



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

ID SINTEL 160591307: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DUE SISTEMI DI ASPIRAZIONE AD ULTRASUONI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER L' U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"

n. gara 8728104 CIG 941049387C

CHIARIMENTO N. 1

Domanda n. 1

Con riferimento alla voce: "Possibilità di utilizzo del vuoto di sala" contenuta tra le caratteristiche funzionali tecniche di minima dell'aspiratore a ultrasuoni, si chiede se la mancanza di questa caratteristica rappresenta effettivamente criterio di esclusione, in quanto nell'allegato 5 - "Questionario tecnico" questa peculiarità viene menzionata come "eventuale". Si segnala inoltre che, per quanto è dato sapere alla scrivente, nessuno dei sistemi attualmente disponibili sul mercato è in grado di rispondere a questa richiesta.

Risposta n. 1

La capacità di utilizzare il "vuoto di sala" è stata contemplata come eventuale possibilità e, pertanto, non prevista come caratteristica minima a pena di esclusione.

Correttamente, quindi, il questionario tecnico allegato 5 al disciplinare individua tale caratteristica come eventuale.

La possibilità di utilizzo del vuoto di sala è peraltro prevista dai criteri di valutazione qualitativa: l'eventuale possibilità di utilizzo del vuoto di sala garantirà alla ditta offerente n. 3 punti di qualità.

Vicenza, 7 novembre 2022

Il Responsabile del Procedimento di Gara
dott. Giorgio Miotto