

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2083 DEL 16/12/2022

### **OGGETTO**

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DUE SISTEMI DI ASPIRAZIONE AD ULTRASUONI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER L' U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA": NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA  
Anno Proposta: 2022  
Numero Proposta: 2173/22

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

“con deliberazione n. 1666 del 14.10.2022 è stato disposto di indire gara mediante procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 in piattaforma “Sintel”, per l'affidamento della fornitura di due sistemi di aspirazione ad ultrasuoni e relativo materiale di consumo per l'UOC di Neurochirurgia dell'Azienda ULSS n. 8 “Berica”, con base d'asta triennale di € 514.500,00 IVA esclusa (costi per la sicurezza pari a € 0,00), numero gara SIMOG 8728104, CIG 941049387C, CUI 02441500242202100028;

ai chiarimenti pervenuti è stata fornita risposta nei termini e con le modalità previsti dal disciplinare e bando di gara (All. 1);

entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 18.11.2022 ore 14:00 hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

1. Biomedica Italia S.R.L. di Assago (MI);
2. Integra Lifesciences Italy S.R.L. di Rozzano, (MI);
3. Stryker Italia srl S.U. di Roma;
4. Carlo Bianchi s.r.l. di Bergamo;

in data 21.11.2022 si è tenuta la seduta per la verifica della regolare presentazione della documentazione amministrativa, caricata dalle ditte nella piattaforma informatica “Sintel”, come da verbale che si allega (All. 2); tutte le ditte hanno presentato idonea documentazione, come richiesto dal disciplinare di gara e, conseguentemente, sono state ammesse al prosieguo della procedura;

il disciplinare di gara prevede che l'aggiudicazione della gara sia disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa; è quindi indispensabile procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 291 del 26 febbraio 2020 (avente per oggetto la nomina e il funzionamento delle Commissioni Giudicatrici);

per la composizione della Commissione Giudicatrice si propongono i seguenti professionisti:

Presidente: dott. Lorenzo Volpin, Dirigente Medico, Direttore dell'U.O.C di Neurochirurgia dell'Ospedale “San Bortolo” di Vicenza, dell'Azienda Ulss n. 8 “Berica”;

Commissari: dott. Lorenzo Alvaro, Dirigente Medico dell'U.O.C di Neurochirurgia dell'Ospedale “San Bortolo” di Vicenza, dell'Azienda Ulss n. 8 “Berica”;

dott. Mauro Mazzetto, Dirigente Medico dell'U.O.C di Neurochirurgia dell'Ospedale “San Bortolo” di Vicenza, dell'Azienda Ulss n. 8 “Berica”;

tutti i soggetti individuati hanno prodotto la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, agli atti presso gli Uffici dell'UOC proponente, nonché i loro curricula, che dimostrano adeguata esperienza clinica nel settore oggetto della gara, i quali verranno pubblicati nel sito dell'Azienda Ulss n. 8 “Berica”, come previsto dalla normativa di riferimento;

in virtù delle competenze e professionalità documentate, i nominativi proposti paiono garantire adeguata esperienza complessiva nello specifico settore cui afferisce l'appalto.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare i chiarimenti forniti dal RUP in corso di pubblicazione, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante (All. 1);
2. di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento interno adottato con deliberazione n. 291 del 26 febbraio 2020, la Commissione Giudicatrice per la valutazione dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte, come segue:  
Presidente: dott. Lorenzo Volpin, Dirigente Medico, Direttore dell'U.O.C di Neurochirurgia dell'Ospedale "San Bortolo" di Vicenza, dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";  
Commissari: dott. Lorenzo Alvaro, Dirigente Medico dell'U.O.C di Neurochirurgia dell'Ospedale "San Bortolo" di Vicenza, dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";  
dott. Mauro Mazzetto, Dirigente Medico dell'U.O.C di Neurochirurgia dell'Ospedale "San Bortolo" di Vicenza, dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";
3. di stabilire che l'attività di valutazione della Commissione Giudicatrice dovrà essere conclusa nel periodo massimo di tre mesi dalla prima riunione, salva la possibilità di proroga per motivate ragioni;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

**ID SINTEL 160591307: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DUE SISTEMI DI ASPIRAZIONE AD ULTRASUONI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER L' U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"**

**n. gara 8728104 CIG 941049387C**

### **CHIARIMENTO N. 1**

#### **Domanda n. 1**

**Con riferimento alla voce: "Possibilità di utilizzo del vuoto di sala" contenuta tra le caratteristiche funzionali tecniche di minima dell'aspiratore a ultrasuoni, si chiede se la mancanza di questa caratteristica rappresenta effettivamente criterio di esclusione, in quanto nell'allegato 5 - "Questionario tecnico" questa peculiarità viene menzionata come "eventuale". Si segnala inoltre che, per quanto è dato sapere alla scrivente, nessuno dei sistemi attualmente disponibili sul mercato è in grado di rispondere a questa richiesta.**

#### **Risposta n. 1**

La capacità di utilizzare il "vuoto di sala" è stata contemplata come eventuale possibilità e, pertanto, non prevista come caratteristica minima a pena di esclusione.

Correttamente, quindi, il questionario tecnico allegato 5 al disciplinare individua tale caratteristica come eventuale.

La possibilità di utilizzo del vuoto di sala è peraltro prevista dai criteri di valutazione qualitativa: l'eventuale possibilità di utilizzo del vuoto di sala garantirà alla ditta offerente n. 3 punti di qualità.

Vicenza, 7 novembre 2022

Il Responsabile del Procedimento di Gara  
dott. Giorgio Miotto