

RICERCA DI MERCATO "TUBI ENDOBRONCHIALI SINISTRI DOPPIO LUME CON TELECAMERA APICALE".

L'Azienda ULSS n. 8 Berica intende acquisire, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, la fornitura di "Tubi endobronchiali sinistri doppio lume con telecamera apicale", impiegati in casi di necessità di esclusione dalla ventilazione di un polmone.

Attualmente da questa Azienda Sanitaria risulta conosciuto sul mercato esclusivamente il dispositivo Kit Ambu Vivasight 2 DLT (misure varie: 35Fr, 37Fr, 39 Fr e 41Fr) distribuito dalla ditta Moss S.p.a. e prodotto da Ambu A/S.

Il sistema in uso presenta le seguenti caratteristiche: "Tubo endobronchiale sinistro a doppio lume, sterile, monouso, in PVC, con telecamera apicale integrata per il controllo visivo continuo delle strutture anatomiche durante le manovre di intubazione e di ventilazione che permette di escludere la ventilazione di uno dei due polmoni mantenendo quella controlaterale. Il sistema comprende un monitor dedicato pluriuso per una visione ed un monitoraggio continuo del corretto posizionamento del tubo".

Le ditte, che intendessero proporre prodotti ritenuti equivalenti, possono far pervenire la documentazione tecnica di seguito specificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, con la dicitura **"RICERCA DI MERCATO TUBI ENDOBRONCHIALI SINISTRI DOPPIO LUME CON TELECAMERA APICALE"** entro le ore 12.00 del 24/11/2023.

La documentazione trasmessa dovrà comprendere:

- Schede tecniche ed altra documentazione che si ritenga utile allegare, nella quale devono essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici del prodotto proposto (quali il nome commerciale e la descrizione del prodotto, la destinazione d'uso, fabbricante, classe CND di appartenenza, numero di registrazione al Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici, gamma di misure disponibili e relativi codici dei dispositivi offerti, modalità di sterilizzazione, modalità di conservazione e stoccaggio, istruzioni d'uso in lingua italiana, chiare e complete);
- Elenco delle strutture sanitarie a cui è stato fornito tale dispositivo con specificazione della tipologia di contratto stipulato (vendita, noleggio o comodato d'uso gratuito per l'apparecchiatura, service, altro ...) ed il dettaglio dei prezzi unitari praticati per le diverse componenti del Kit (materiale di consumo, eventuale canone di noleggio, manutenzione, altro ...).

Per eventuali informazioni rivolgersi all'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica – tel. 0444-755674, e-mail elisa.borin@aulss8.veneto.it.

Responsabile del procedimento: Dott. Sandro Possamai.

La documentazione eventualmente inviata sarà valutata da esperti nell'oggetto della presente ricerca di mercato al fine di decidere se avviare o meno una specifica gara. L'Azienda ULSS si riserva comunque di non procedere all'avvio di alcuna procedura di gara, senza che le ditte possano accampare diritto alcuno, fatta salva la motivazione, se richiesta.

Firmato
IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E
GESTIONE DELLA LOGISTICA
Dott. Sandro Possamai