



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV
Tel. 0444 753111 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi

UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

UOS Gare

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Sandro Possamai

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER BIOPSIA MAMMARIA MEDIANTE ASPIRAZIONE VUOTO ASSISTITA, SOTTO GUIDA STEREOTASSICA, E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE UU.OO.CC. DI RADIOLOGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"

LOTTO UNICO CIG B19DEB8F2D

ID Sintel 183489669

CHIARIMENTO N. 1

CHIARIMENTO N. 1

In merito ai seguenti Sub-criteri di valutazione:

- 1. SUB-Criterio di valutazione 1.1 (pag. 33 del disciplinare): Elementi tecnico-funzionali del sistema di aspirazione.*
- 2. SUB-Criterio di valutazione 3.1 (pag. 34 del disciplinare): migliore visualizzazione del frustolo*
- 3. SUB-Criterio di valutazione 3.3 (pag. 34 del disciplinare): modalità di raccolta del frustolo.*

la descrizione dei succitati sub-criteri risulta essere vaga e generica, non permettendoci di comporre una relazione tecnica aderente e puntuale con le richieste di Codesta Spettabile Stazione Appaltante. Dato il peso ponderale attribuito a ciascuno di essi, siamo a chiedere che gli stessi vengano esaustivamente descritti, al fine di avere una chiara ed obiettiva comprensione delle modalità di valutazione da parte della commissione aggiudicatrice.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 1

In merito al sub-criterio 1.1 "Elementi tecnico-funzionali del sistema di aspirazione", si precisa che la commissione valuterà gli aspetti tecnici e funzionali dei sistemi proposti, con particolare riferimento alla capacità di aspirazione, alla durata della procedura bioptica, alla versatilità nell'esecuzione dell'esame.

In merito al sub-criterio 3.1 "migliore visualizzazione del frustolo", si precisa che La commissione valuterà gli aspetti inerenti alla visualizzazione radiografica del frustolo.

In merito al sub-criterio 3.3 "modalità di raccolta del frustolo", si precisa che la commissione valuterà positivamente le soluzioni che non richiedano la manipolazione dei frustoli ed assicurino la corretta identificazione del campione in ogni fase della procedura.

IL DIRETTORE
UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E
GESTIONE DELLA LOGISTICA
Dott. Sandro Possamai