



RICERCA DI MERCATO PER LA FORNITURA DI "TUNNELLIZZATORI E GUAINE PER TUNNELLIZZARE DERIVAZIONI VENTRICOLO PERITONEALI O VENTRICOLO ATRIALI" PER L'U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA

L'U.O.C. di Neurochirurgia dell'Azienda ULSS n. 8 Berica ha chiesto l'acquisto di "tunnellizzatori e guaine per tunnellizzare derivazioni ventricolo peritoneali o ventricolo atriali".

Le caratteristiche richieste e gli utilizzi di tale dispositivo sono i seguenti:

- *possono essere sia monouso che pluriuso;*
- *lunghezza non inferiore a 60 cm per il lungo e non superiore a 30 cm per il corto;*
- *il tunnellizzatore deve essere dotato di manico, asta in acciaio inox flessibile con punta traumatica a forma di proiettile;*
- *il diametro interno della guaina non deve essere inferiore a 4 mm per poter garantire il passaggio del catetere;*
- *la guaina deve essere in materiale anallergico e garantire una idonea scorrevolezza del catetere al suo interno;*
- *i tunnellizzatori vengono utilizzati per consentire il passaggio del componente distale del catetere di un sistema di shunt del liquido cerebrospinale, in particolare un sistema di shunt precollegato;*
- *il tunnellizzatore può essere utilizzato anche per il passaggio sottocutaneo di qualsiasi catetere con diametro esterno pari o inferiore a 5,2 mm.*

Di seguito gli articoli attualmente in uso:

Ditta fornitrice	Ref.	CND	Repertorio
Biomedica Italia S.r.l.	TUD-65	N02800208	2294364
	TUD-30		

Le ditte che intendessero proporre dispositivi equivalenti possono far pervenire la documentazione tecnica ed economica di seguito specificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.aulss8@pecveneto.it, con la dicitura **"RICERCA DI MERCATO PER LA FORNITURA DI "TUNNELLIZZATORI E GUAINE PER TUNNELLIZZARE DERIVAZIONI VENTRICOLO PERITONEALI O VENTRICOLO ATRIALI" PER L'U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA"**, entro le ore 12.00 del 26.06.2024.

La documentazione trasmessa dovrà comprendere:

- Schede tecniche dell'articolo offerto (con indicazione di tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici del prodotto quali nome commerciale, marca e codice, numero di repertorio e CND);

- Elenco delle strutture sanitarie alle quali sono forniti tali dispositivi con specificazione dei prezzi unitari praticati.

Per eventuali informazioni rivolgersi all'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica – tel. 0444-752593, e-mail chiara.menin@aulss8.veneto.it

Responsabile del procedimento: Dott. Sandro Possamai.

La documentazione eventualmente inviata sarà valutata da esperti nell'oggetto della presente ricerca di mercato al fine di decidere se avviare o meno una specifica gara. L'Azienda ULSS si riserva comunque di non procedere all'avvio di alcuna procedura di gara, senza che le ditte possano accampare diritto alcuno, fatta salva la motivazione, se richiesta.

IL DIRETTORE
*UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO
E GESTIONE DELLA LOGISTICA*
F.to Dr Sandro Possamai