

RICERCA DI MERCATO "DISPOSITIVI PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO MINIMIDLINE".

L'Azienda ULSS n. 8 Berica intende acquisire la fornitura di "Dispositivi per accesso venoso periferico Minimidline", impiegati da diverse UU.OO. dell'Azienda Ulss 8 Berica.

Attualmente da questa Azienda Sanitaria risultano conosciuti sul mercato esclusivamente i dispositivi "Dispositivi per accesso venoso periferico minimidline tipo PowerGlide PRO ref. 6F118080 e ref. 6F120080", commercializzati dalla ditta Becton Dickinson Italia S.p.a..

I prodotti in uso presentano le seguenti caratteristiche:

Catetere venoso ad inserimento periferico a breve permanenza (fino a 30 giorni) composto da:

- ago in acciaio,
- guida in nitinol con punta dritta morbida,
- catetere in poliuretano trasparente termosensibile, biocompatibile, con banda radiopaca, lunghezza 8cm circa, diametro 18G-20 G, power injectable 325 psi, resistente alle alte pressioni per le infusioni di mezzo di contrasto fino ad una velocità massima di 5 ml/sec per i 20 G e 7 ml/sec per i 18G; dotato di sistema di sicurezza automatico contro le punture accidentali, dotato di sistema integrato di microintroduzione "all in one" che garantisca la possibilità di inserimento con tecnica no-touch senza guida ecografica e necessità di campo sterile.

Trattasi di dispositivo monouso, sterile, privo di lattice, privo di ftalati, in confezione singola.

Le ditte, che intendessero proporre prodotti ritenuti equivalenti, possono far pervenire la documentazione tecnica di seguito specificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, con la dicitura "**DISPOSITIVI PER ACCESSO VENOSO PERIFERICO MINIMIDLINE**" entro le ore 12.00 del 31/07/2024.

La documentazione trasmessa dovrà comprendere:

1. **Schede tecniche** ed altra documentazione che si ritenga utile allegare, nella quale devono essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici del prodotto proposto (quali il nome commerciale e la descrizione del prodotto, la destinazione d'uso, fabbricante, classe CND di appartenenza, numero di registrazione al Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici, gamma di misure disponibili e relativi codici dei dispositivi offerti, modalità di sterilizzazione, modalità di conservazione e stoccaggio, istruzioni d'uso in lingua italiana, chiare e complete);
2. **IFU**;
3. **Copia certificato CE**;
4. **Elenco delle strutture sanitarie** a cui sono stati forniti tali dispositivi con specificazione dei prezzi unitari praticati;

Per eventuali informazioni rivolgersi all'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica – tel. 0444-755674, e-mail elisa.borin@aulss8.veneto.it.

Responsabile del procedimento: Dott. Sandro Possamai.

La documentazione eventualmente inviata sarà valutata da esperti nell'oggetto della presente ricerca di mercato al fine di decidere se avviare o meno una specifica gara. L'Azienda ULSS si riserva comunque di non procedere all'avvio di alcuna procedura di gara, senza che le ditte possano accampare diritto alcuno, fatta salva la motivazione, se richiesta.

Firmato
IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E
GESTIONE DELLA LOGISTICA
Dott. Sandro Possamai