



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail [protocollo@aulss8.veneto.it](mailto:protocollo@aulss8.veneto.it)

PEC [protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it)

[www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it)

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

UOS Gare

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Sandro Possamai

**ID SINTEL 186703744: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA (EX ART. 71, 108 DEL D. LGS. N. 36/2023) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI COMPLETI PER L’ESECUZIONE DI PROCEDURE DI SEQUENZIAMENTO NGS, SNP-ARRAY, ARRAY-CGH IN FABBISOGNO ALLA UOS DIAGNOSTICA GENETICA E GENOMICA DELL’AZIENDA U.L.S.S N. 8 BERICA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI.**

**Chiarimenti da n. 16 a n. 18**

**Chiarimento n. 16**

*Essendo in possesso sia di ISO 9001/2015 che di ISO 13485/2016, siamo a richiedere se sia possibile avvalersi della riduzione del 30% previsto dalla ISO9001 + ulteriore 20% previsto da ISO13485 ricompresa tra le certificazioni previste dall’Allegato II.13 del Codice.*

**Risposta n. 16:** Ai fini della riduzione della garanzia provvisoria di cui all’art. 10 del Disciplinare di gara, si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs. 36/2023.

**Chiarimento n. 17**

*In riferimento alla richiesta di verifica telematica della garanzia fidejussoria mediante i siti internet riportati alla pagina 17 paragrafo 10 del Disciplinare, si segnala che, secondo il comunicato ANAC del 28/06/2024, l’adeguamento a tale verifica è stata proroga fino al 31/12/2024. Pertanto, chiediamo di ammettere la verifica telematica tramite indicazione dell’indirizzo pec del soggetto garante. Si allega comunicato ANAC di riferimento.*

**Risposta n. 17:** Si conferma quanto indicato nel comunicato ANAC del 28/06/2024.

**Chiarimento n. 18**

*Con riferimento ai N. 2 estrattori richiesti nel lotto 1 si chiede l’elenco completo delle matrici biologiche di partenza per le metodiche di estrazione (sangue, siero, plasma, tampone, tessuto, ecc.).*

**Risposta n. 18:** Gli estrattori dovrebbero poter processare almeno i seguenti tipi di campioni biologici:

- Sangue periferico/midollare
- Colture cellulari
- Tessuto fresco o congelato
- Campioni fissati in formalina e inclusi in paraffina

IL RUP

**Dott. Sandro Possamai**