



Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Sandro Possamai

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO SUDDIVISO IN LOTTI, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI ASPIRATORI PER DISOSTRUZIONE (CODICE NOMENCLATORE 04.03.21.003) E MASCHERE PER PRESSIONE ESPIRATORIA POSITIVA - PEP MASK (CODICE NOMENCLATORE 04.03.27.009) DA DESTINARE ALL’UTENZA TERRITORIALE DELL’AZIENDA ULSS N. 8 BERICA. ID SINTEL: 194984748

Domanda: Buongiorno, relativamente alle caratteristiche tecniche degli aspiratori, il nomenclatore al codice ISO 04.03.21.003 specifica (caratteristiche minime: vuoto 650 mmHg, portata 17 l/min. circa); si chiede se il circa va inteso come +/- 10 % sia in vuoto che portata (come da normale tolleranza sulle specifiche tecniche delle apparecchiature); anche perché non ci risultano in commercio aspiratori per disostruzione con tali caratteristiche, soprattutto a batteria.

Risposta: Non si rinvencono nelle norme e nella letteratura elementi oggettivi tali da poter confermare che la tolleranza del +/- 10% sia prassi consolidata.

Tuttavia, considerato che il nomenclatore stesso (NTN) include il termine "circa", viene ammessa una tolleranza del -5%. Ne consegue che, sulla base delle rispettive tabelle di conversione per unità di misura sono ammessi dispositivi con vuoto non inferiore a 637,55 mmHg, pari a 0,85 bar.

Il RUP

Dott. Sandro Possamai