



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

Dipartimento Amministrativo Unico

UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

UOS Gare

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Sandro Possamai

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI N. 4 SISTEMI PER L'ESECUZIONE DI TEST DI CHIMICA CLINICA ED IMMUNOCHEMICA PER I LABORATORI DELL'UOC MEDICINA DI LABORATORIO DELL'AULSS N. 8 BERICA

ID SINTEL 194937642 CIG B50C1E9823

CHIARIMENTI DA N. 27 A N. 44

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 27

Con riferimento ai criteri di valutazione (pag. 28 del Disciplinare) e, in particolare, al "Progetto di sostenibilità della fase di transizione", al fine di garantire la continuità operativa e scongiurare qualsiasi interruzione delle attività produttive del Corelab, si chiede cortesemente se, per i laboratori di Vicenza e di Arzignano, è prevista la messa a disposizione di appositi locali per la gestione della fase di transizione. Tale previsione consentirebbe di gestire al meglio la transizione, in ossequio ai principi di concorrenza, imparzialità e del favor participationis.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 27

Per il laboratorio di Vicenza: verrà messa a disposizione un'area del container posta di fronte all'ingresso dell'edificio C (Segreteria del Laboratorio Analisi) dotata di corrente elettrica, presa di rete con la possibilità di utilizzare anche il frigorifero ivi presente, per consentire la messa a punto strumentale e dei metodi e per svolgere attività di training del personale (tutto in orario diurno).

Si renderà inoltre disponibile parte della stanza localizzata in Corelab dove si svolge attività di validazione degli emocromi e delle urine.

Per il laboratorio di Arzignano: si può utilizzare il corridoio del Laboratorio.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 28

la presente per chiedere i seguenti chiarimenti:

1. CHIARIMENTI GENERALI

a. Si chiede di confermare la possibilità di installare apparecchiature accessorie (compressori, UPS, etc.) in altre zone esterne alle aree di intervento come già avviene attualmente.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 28

Apparecchiature accessorie possono essere installate anche in zone all'esterno alle aree di intervento purché concordati con la Direzione del Laboratorio (anche sulla base delle eventuali indicazioni dell'Ufficio Tecnico).

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 29

Si richiede a questo Spett.le Ente di specificare se per il presidio dell'ospedale S. Bortolo di Vicenza sia possibile utilizzare eventuali locali tecnici per la delocalizzazione di deionizzatori e compressori fuori dal laboratorio. Nello specifico si chiede se sia disponibile il locale tecnico 20C.0.14, attualmente in parte occupato da strumentazione accessoria analoga

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 29

Apparecchiature accessorie possono essere installate nel locale tecnico 20C.0.14, che tuttavia risulta occupato anche da altra strumentazione. Si rimanda al chiarimento n. 28

RICHIESTA CHIARIMENTO N 30

Con riferimento al presidio di Montecchio, si chiede se gli arredi nei locali oggetto della presente procedura di gara saranno oggetto di un diverso appalto oppure se sarà oggetto di valutazione (punteggio qualità) l'inserimento in offerta degli arredi per il locale in cui verrà posizionato il sistema di automazione ed i sistemi analitici.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 30

La ditta dovrà fornire gli arredi di supporto: il progetto sarà valutato all'interno del criterio di valutazione n. 2 "Progetto organizzativo: per Vicenza e Arzignano: ottimizzazione degli spazi lavorativi, previsione degli arredi di supporto, ottimizzazione dei processi di lavoro" di cui all'art. 16 del Disciplinare di gara.

RICHIESTA CHIARIMENTO N 31

Spettabile Ente, si chiede di confermare che i requisiti minimi riportati al punto 6.1 del Capitolato Tecnico siano riferiti alla sola strumentazione analitica di Vicenza e Arzignano.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 31

I requisiti di cui ai punti:

6.1.3 Consentire il caricamento dei campioni, calibratori e controlli e dei reattivi in continuo senza dover mettere in pausa lo strumento,

6.1.5 Consentire il caricamento dei campioni fronte macchina per gli strumenti collegati all'automazione al fine di garantire l'esecuzione dei test d'urgenza nei casi di fermo dell'automazione e

6.1.7 Essere in grado di gestire contemporaneamente richieste per lo stesso paziente su campioni biologici diversi,

riguardano solamente Vicenza e Arzignano.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 32

Si chiede di confermare che le specifiche all'articolo 6.1 del capitolato speciale siano applicabili ai soli strumenti analitici principali, e che eventuale strumentazione stand-alone necessaria per l'esecuzione di test non disponibili in automazione non sia soggetta a questi requisiti (es. misura degli indici di siero, registro delle manutenzioni con archivio di almeno due anni, etc.).

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 32

Si conferma quanto richiesto, precisando che l'offerta di test al di fuori dell'automazione sarà valutata nei criteri di valutazione tenendo conto della soluzione proposta nel complesso

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 33

in relazione all'Allegato 3.1 fabbisogni CAPITOLATO TECNICO Corelab si chiede conferma che tutti i quantitativi indicati in tabella siano già comprensivi dei test necessari per le calibrazioni, i controlli di qualità interni (CQI) di parte terza e le ripetizioni, come riportato nell'Allegato 3 CAPITOLATO TECNICO corelab al punto 5.QUALITA' E QUANTITA' TEST.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 33

Il numero di test riportati nell'Allegato 3.1 "fabbisogni CAPITOLATO TECNICO Corelab" indica il numero di test refertati, come rappresentati e autorizzati dalla C.R.I.T.E. (Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia). La ditta dovrà offrire il materiale necessario per l'esecuzione, comprensivo di reagenti per calibrazioni, controlli e ripetizioni.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 34

Si sottopone alla Vostra cortese attenzione la seguente richiesta di chiarimenti:

- Relativamente a pannello di test si chiede se per "morfina metaboliti" su matrice urinaria si intenda un test di determinazione della morfina e dei suoi metaboliti su urine e non solo la determinazione dei metaboliti*

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 34

Si tratta di un refuso. Si intende in realtà determinazione dei metaboliti degli oppiacei su urina

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 35

Con riferimento al prospetto fabbisogni, si chiede di confermare che il test 64 U-Morfina metaboliti sia da intendersi come "U-Metabolita eroina" (6-monoacetilmorfina)

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 35

Vedasi risposta al chiarimento n. 35

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 36

Con riferimento all'allegato 3.1 fabbisogni CAPITOLATO TECNICO corelab – test 98 "Immunoglobuline IgG (urine)" per un totale di 237 test/anno per il Presidio di Arzignano, considerato il numero esiguo di determinazioni, si chiede se si possa proporre una soluzione non in automazione, senza necessità di backup.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 36

Dato l'esiguo numero di determinazioni richieste è possibile offrire il test 98 "immunoglobuline igG (urine)", anche non in automazione e senza necessità di back up

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 37

Dovendo la scrivente offrire un test su analizzatore stand-alone per l'esecuzione di un test a bassa numerosità non urgente (IgG Urine, <300 test/anno) per il presidio di Arzignano, si chiede se sia consentito non fornire un secondo strumento di backup.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 37

Vedasi risposta al chiarimento n. 36

RICHIESTA CHIARIMENTO N 38

In riferimento al Vs. Schema di Offerta economica ed in particolare alla sezione "A) REAGENTI/REATTIVI", si chiede di confermare che per l'esecuzione del medesimo analita in presidi differenti, ferme restando le condizioni economiche proposte (prezzo unitario), sia possibile offrire stesso reagente con confezionamenti diversi, al fine di garantire il più efficiente soddisfacimento dei volumi di referti posti in gara fra HUB e Spokes.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 38

Si conferma la possibilità di offrire lo stesso reagente con confezionamenti diversi in presidi differenti

RICHIESTA CHIARIMENTO N 39

Al fine di calcolare le confezioni di controlli necessarie, si chiede di confermare che i CQI sui test su urine vengano eseguiti con le stesse modalità delle proteine specifiche ossia 2 livelli non meno di 2 volte al giorno per 6 giorni a settimana.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 39

Si conferma quanto sopra

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 40

Nel caso sia possibile eseguire un test su matrici diverse con un unico kit (es. acido urico, etc.), si chiede di confermare che sia possibile fornire un unico kit, calcolando il numero di kit annui necessari sulla base della somma dei quantitativi dei singoli due test.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 40

E' possibile offrire lo stesso test su matrici diverse.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 41

Con riferimento all'art. 7.1.1, si chiede di chiarire che la specifica "e quindi adattabili a tutti i metodi/ sistemi presenti in Laboratorio" si intenda che i CQI offerti debbano essere adattabili a tutti i metodi/sistemi offerti nell'ambito della presente procedura di gara.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 41

Il CQI offerto deve essere adattabile a tutti i sistemi/metodi oggetto di gara

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 42

Con riferimento all'articolo 7.2.1 (VEQ) si chiede di confermare che il programma VEQ sia da offrire per tutti gli analiti offerti, laddove presenti sul mercato.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 42

Le VEQ sono da offrire per tutti gli analiti se presenti sul mercato

RICHIESTA CHIARIMENTO N 43

In riferimento alla Vs. richiesta di "g) Certificazione Latex Free se non presente il simbolo in etichetta per il materiale di consumo", di cui alla lettera g) dell'Art. 16. OFFERTA TECNICA - STEP 2 – BUSTA TECNICA, si chiede di confermare che tale richiesta non sia applicabile alla natura del materiale di consumo richiesto nella presente procedura (IVD).

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 43

Trattasi di un refuso. Si conferma che la richiesta "g) Certificazione Latex Free se non presente il simbolo in etichetta per il materiale di consumo", di cui alla lettera g) dell'Art. 16. OFFERTA TECNICA del Disciplinare di gara, non è applicabile.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 44

Spett.le Amministrazione, si chiede di confermare che la documentazione richiesta per i calibratori (riferibilità metrologica, incertezza di misure e modalità di calcolo della stessa) possa essere prodotta in lingua inglese essendo rilasciate in lingua inglese dal produttore.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 44

Si conferma quanto richiesto

IL DIRETTORE
UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E
GESTIONE DELLA LOGISTICA
Dott. Sandro Possamai