

REGIONE DEL VENETO



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Dipartimento Amministrativo Unico

UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

UOS Gare

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: **Dott. Sandro Possamai**

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI N. 4 SISTEMI PER L'ESECUZIONE DI TEST DI CHIMICA CLINICA ED IMMUNOCHEMICA PER I LABORATORI DELL'UOC MEDICINA DI LABORATORIO DELL'AULSS N. 8 BERICA

ID SINTEL 194937642 CIG B50C1E9823

CHIARIMENTI DA N. 45 A N. 50

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 45

Spett.le Amministrazione,

la presente per richiedere i seguenti chiarimenti:

CHIARIMENTO 2

Si chiede di confermare che per la richiesta di "ritappatore" previsto per i presidi di Vicenza e Arzignano nella Tabella 3. Produttività e Tempi di risposta richiesti, a Pag. 9 del Capitolato Tecnico, possa essere accettabile una ritappatura mediante l'impiego di foil in alluminio termosigillato.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 45

Con il termine "ritappatura" si intende anche l'impiego di foil in alluminio termosigillato per quel che riguarda i campioni conservati in sede, quindi per tutti quelli di Vicenza. Per le aliquote destinate al trasferimento (Arzignano) può essere accettato il foil solo se in grado di garantire l'impermeabilità e la tenuta stagna.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 46

In relazione all'Allegato 3.1 fabbisogni CAPITOLATO TECNICO corelab RIF 32 TEST Lattato deidrogenasi (P-L), si chiede conferma di poter offrire il test Lattato deidrogenasi (L-P) per il dosaggio della Lattato Deidrogenasi tramite conversione di L-lattato in Piruvato.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 46

Si conferma che LDH può essere offerto con altro metodo rispetto a quello indicato, e tale metodo sarà oggetto di valutazione nel criterio di valutazione n. 16 "Qualità analitica (precisione ed esattezza, sensibilità funzionale; caratteristiche di performance in relazione a linee guida cliniche)".

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 47

In relazione all'Allegato 3.1 fabbisogni CAPITOLATO TECNICO corelab, si segnala che il totale relativo al dosaggio delle proteine di 34.118 test/anno non risulta coerente con i valori dei test indicati. Si prega di verificare e confermare i valori corretti.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 47

Vedasi risposta al chiarimento n. 15, punto 2

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 48

Con riferimento alla "Tabella 3. Produttività e Tempi di risposta attesi" del CAPITOLATO TECNICO corelab dove si indicano per tutti i Presidi oggetto di offerta i TAT massimi richiesti (Routine e Urgenza relativamente ai Settori di Chimica, Immunochimica e Proteine Specifiche) e al Disciplinare di Gara dove il Criterio di Valutazione Rif. 17 chiede di relazionare sul "TAT (globale. da check-in a risultato - dati da simulazione e TAT minimi garantiti)", al fine di poter eseguire una corretta valutazione del TAT si richiedono le seguenti informazioni:

- a. Esami/anno con distinzione tra esami richiesti in regime di Routine da quelli in Urgenza per ciascun Presidio, in quanto la tabella "fabbisogni CAPITOLATO TECNICO corelab" riporta un solo valore totale.*
- b. Numero di campioni/ora per Chimica e Immunochimica nelle 24 ore distinto per Urgenza e Routine per tutti i Presidi*
- c. Per l'attività di preanalitica generale prevista nella sede di Arzignano, si chiede di specificare quali attività di preanalitica (check-in, centrifugazione e stappatura) sono richieste per ciascun gruppo di sorting indicato: plasma eparina-siero (ulteriori 2-300 campioni), plasma EDTA (6-700 campioni), plasma citrato (300 campioni), area siero (200 campioni), urine (500 campioni). Si chiede inoltre di indicare il numero di campioni/ora per ciascun gruppo nelle 24 ore.*
- d. Si chiede di confermare per i Presidi di Vicenza ed Arzignano se è previsto l'arrivo di provette già centrifugate e in quale percentuale.*

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 48

- a. Esami/anno con distinzione tra esami richiesti in regime di Routine da quelli in Urgenza per ciascun Presidio*

Nella tabella sotto riportata è indicato il valore % degli esami richiesti per singolo test in regime di urgenza. Tale % può essere ritenuta valida per tutti i presidi nell'ambito dei test eseguiti in ogni sede.

Test	% urgente
ALB	37
LDH	47
AST	35
ALT	34
BUN	51
CA	44
BHCG	45
AMM	89
ALP	30
CREA	36
CL	56
DIG	27
ALCOOL	95
FERRO	17
K	45
NA	45
GLU	35
aptoglobina	20
cocaina	15
Cannabinoidi	17
amfetamine	30
mdma	28
oppiacei	15
barbiturici	18
metadone	41

Test	% urgente
benzodiazepine	24
DBIL	37
TBIL	46
UA	18
GGT	16
LIPASI	33
MG	42
CK	24
PCT	57
PHOS	30
PCHE	21
PCR	50
BNP	33
TSH	9
LI	23
LA	73
PAMY	64
TP	30
vancomicina	81
Troponina	85
valproato	13
salicilati	100
metotrexate	100
mioglobina	45

b. Numero di campioni/ora per Chimica e Immunochimica nelle 24 ore distinto per Urgenza e Routine per tutti i Presidi

Per i presidi di Vicenza e Noventa, il flusso richiesto è indicato nelle tabelle sotto riportate. Per i presidi di Arzignano e Valdagno è stato possibile raccogliere i dati solo in modo parziale, riportati nelle tabelle sotto riportate.

Presidio di Vicenza

CHIMICA		
	ROUTINE	STAT
0	0	7
1	0	7
2	0	7
3	0	6
4	0	6
5	21	8
6	26	32
7	10	27

IMMUNO		
	ROUTINE	STAT
0	0	3
1	0	2
2	0	2
3	0	3
4	0	3
5	7	3
6	19	17
7	10	15

8	21	51
9	129	47
10	113	33
11	111	25
12	167	23
13	107	19
14	52	18
15	0	19
16	0	19
17	0	19
18	0	21
19	0	12
20	0	11
21	0	7
22	0	7
23	0	9
	757	440

8	29	21
9	70	20
10	60	19
11	71	15
12	95	22
13	79	12
14	66	13
15	48	17
16	40	19
17	0	12
18	0	10
19	0	4
20	0	3
21	0	4
22	0	3
23	0	3
	595	244

Presidio di Noventa

CHIMICA		
	ROUTINE	STAT
0	0	0
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	3	0
6	3	2
7	15	3
8	21	2
9	49	2
10	55	2
11	31	2
12	16	1
13	12	1
14	2	2
15	1	3
16	1	1
17	2	1
18	1	0
19	1	0
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0	0
	212	22

IMMUNO		
	ROUTINE	STAT
0	0	0
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	3	0
7	4	1
8	3	1
9	3	1
10	3	1
11	2	2
12	2	2
13	3	1
14	2	1
15	3	1
16	3	1
17	1	1
18	0	1
19	0	1
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0	0
	32	15

Presidio di Arzignano

URGENZE		
Ora	Nr. Provette	%
00.00-01.00	1	1%
01.00-02.00	0	0%
02.00-03.00	2	2%
03.00-04.00	2	2%
04.00-05.00	0	0%
05.00-06.00	3	3%
06.00-07.00	7	6%
07.00-08.00	3	3%
08.00-09.00	17	15%
09.00-10.00	10	9%
10.00-11.00	3	3%
11.00-12.00	9	8%
12.00-13.00	5	4%
13.00-14.00	2	2%
14.00-15.00	13	11%
15.00-16.00	3	3%
16.00-17.00	6	5%
17.00-18.00	7	6%
18.00-19.00	5	4%
19.00-20.00	1	1%
20.00-21.00	7	6%
21.00-22.00	2	2%
22.00-23.00	4	4%
23.00-24.00	2	2%
Tot.	114	100%

ROUTINE		
Ora	Nr. Provette	%
00.00-06.00	0	0%
06.00-07.00	6	1%
07.00-08.00	9	1%
08.00-09.00	59	7%
09.00-10.00	151	18%
10.00-11.00	193	23%
11.00-12.00	215	26%
12.00-13.00	113	14%
13.00-14.00	16	2%
14.00-15.00	0	0%
15.00-16.00	45	5%
16.00-17.00	2	0%
17.00-18.00	16	2%
18.00-24.00	0	0%
Tot.	825	100%

Presidio di Valdagno

	Test	Tubi
Urgenze	490	84
Routine	30	30
Totale	520	114

- c. Tipologia di attività di preanalitica generale richiesta nella sede di Arzignano per ciascun gruppo e numero di campioni/ora per ciascun gruppo nelle 24 ore

Plasma eparina-siero: check in, centrifugazione
 Plasma EDTA. Check in
 Plasma citrato. Check in e centrifugazione
 Area siero: check in e centrifugazione
 Urine: check in e stappatura

Il dato relativo al numero di campioni/ora per ciascun gruppo nelle 24 h non è disponibile. In ogni caso la maggior parte dei campioni arriva tra le ore 8.45-9.00 fino alle ore 13.00.

d. Per i Presidi di Vicenza ed Arzignano, previsione di arrivo di provette già centrifugate e in quale percentuale

Si conferma che è previsto l'arrivo di provette centrifugate ma il dato non è quantificabile.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 49

Con riferimento al Disciplinare di Gara, Criterio di Valutazione Rif. 6 "Sistema di preanalitica di Arzignano con aliquotatore integrato", si chiede di specificare la tipologia e il numero di campioni/giorno da sottoporre a processo di aliquotazione con il corrispondente numero di aliquote medio per campione da generare.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 49

La tipologia di campioni/giorno da sottoporre a processo di aliquotazione è siero e plasma.

La stima approssimativa del numero di campioni/giorno da sottoporre a processo di aliquotazione è di 300 campioni/giorno

Il numero di aliquote medio per campione da generare è 1-2 per campione

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 50

Spett.le Amministrazione,

con riferimento alla "Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica" riportata alla Pag. 32 del Disciplinare di Gara si chiede di precisare se il criterio N.ro 10, "Mantenimento a bordo di calibratori e controlli refrigerati con funzione automatica di avvio" (1 punto tabellare si/no), sia riferibile alla strumentazione dei soli Presidi di Vicenza e Arzignano/Montecchio.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 50

Si conferma che il criterio è riferibile solo per i presidi di Vicenza e Arzignano/Montecchio.

IL DIRETTORE
UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E
GESTIONE DELLA LOGISTICA
Dott. Sandro Possamai