



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV

Tel. 0444 753111 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Dipartimento Amministrativo Unico

UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

UOS Gare

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Sandro Possamai

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI N. 4 SISTEMI PER L'ESECUZIONE DI TEST DI CHIMICA CLINICA ED IMMUNOCHEMICA PER I LABORATORI DELL'UOC MEDICINA DI LABORATORIO DELL'AULSS N. 8 BERICA

ID SINTEL 194937642 CIG B50C1E9823

CHIARIMENTI DA N. 57 A N. 61

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 57

CHIARIMENTO 1

Con riferimento alla "FORNITURA IN SERVICE DI N. 4 SISTEMI PER L'ESECUZIONE DI TEST DI CHIMICA CLINICA ED IMMUNOCHEMICA PER I LABORATORI DELLA UOC DI MEDICINA DI LABORATORIO DELLA AULSS 8 BERICA" si richiede quanto segue:

- La pubblicazione delle piantine dei 5 presidi (Vicenza, Arzignano, Montecchio M., Valdagno e Noventa V.) in formato DWG

- La definizione per gli stessi delle aree di Intervento, eventuali locali disponibili per la transizione e locali di supporto per impianti e accessori

Inoltre, da una valutazione preliminare delle piantine in PDF pubblicate per il presidio di Montecchio Maggiore, si fa notare che lo spazio riservato presso il Laboratorio di Montecchio M. è inferiore a quello disponibile nel presidio di Arzignano, contrariamente a quanto indicato nel Capitolato Tecnico a Pag. 7: "Visti gli spazi ridotti nel laboratorio presso il PO Cazzavillan di Arzignano rispetto a quelli previsti nel futuro laboratorio di Montecchio, si precisa che è ipotizzabile attendere il trasferimento nella nuova sede per quanto riguarda l'installazione del frigorifero automatizzato".

Come riportato negli Allegati 6a, 6e, 6f, a Montecchio M. risultano disponibili 97.50 mq per l'area indicata come Laboratorio (128,51 considerando anche il vicino locale di Segreteria Accettazione Campioni), rispetto ai 146,6 mq disponibili ad Arzignano (somma dei locali Virologia e Chimica Clinica).

In aggiunta la conformazione dei Locali di Montecchio Maggiore (curvilinea, con colonne e cavedi di dimensioni rilevanti) non agevola lo sfruttamento degli spazi di cui sopra.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 57

- Le piantine in formato dwg sono state pubblicate con la risposta al chiarimento n. 11

- Si riportano di seguito le aree di intervento per ogni presidio:

Arzignano:

Planimetria 6a, area cod. 1-1.085D, "CHIMICA CLINICA" ed eventualmente area cod. 1-1.100 "VIROLOGIA"; attualmente nella stanza "VIROLOGIA" si trovano anche due balconi ed una cappa termica che rimarranno all'interno della stanza non essendo possibile trovare collocazione alternativa.

Noventa:

planimetria 6b, area cod. 9B.1.103 "LABORATORIO". Il salone comprende altra strumentazione che rimarrà collocata dove si trova

Valdagno:

Planimetria 6c, area cod. R39 "LABORATORIO MULTIFUNZIONALE". Il salone comprende attualmente altra strumentazione che rimarrà collocata dove si trova.

Vicenza:

Planimetria 6d, area cod. 20C.2.08, nella zona ora contrassegnata come "LAB EMATOLOGIA"; si specifica che la parte della sala definita "LAB CHIMICA" è ad oggi impegnata con altra strumentazione e non è disponibile;

Per l'indicazione di eventuali locali disponibili per la transizione e dei locali di supporto per impianti e accessori vedasi risposta ai chiarimenti nn .27, 28 e 53.

In relazione al presidio di Montecchio Maggiore, si conferma quanto previsto negli atti di gara: lo spazio a disposizione resta quello individuato come "Laboratorio" (cod. L0.501 – planimetria 6e). Si precisa che lo spazio adiacente (L0.500) indicato genericamente come "segreteria accettazione campioni", potrà eventualmente essere utilizzato. Essendo il PO di Montecchio attualmente in fase di costruzione, non è però possibile garantire al momento un collegamento fisico tra le due aree.

In relazione al presidio di Arzignano, si precisa che l'installazione della strumentazione (preanalitica e analitica) dovrà essere prevista nell'attuale Laboratorio di "Chimica Clinica": eventualmente anche la zona definita nella piantina come "virologia" potrebbe essere utilizzata per installazione di parte della catena di automazione.

Si precisa altresì che i due ambienti "Chimica clinica" e "Virologia" sono al momento separati fisicamente.

RICHIESTA CHIARIMENTO N 58

Per quanto riguarda il presidio di Montecchio Maggiore, si richiede a questo Spettabile Ente di specificare le stanze oggetto di intervento, dal momento che la sola stanza indicata per il laboratorio (L0.501) negli allegati 6e e 6f presenta una superficie di 97,6mq, inferiore allo spazio attualmente destinato al laboratorio di Arzignano (circa 110mq considerando 86mq della stanza di chimica clinica e l'area a disposizione nella stanza di virologia di circa 24 mq come da allegato 6a).

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 58

Vedasi risposta al chiarimento n. 57

RICHIESTA CHIARIMENTO N 59.

Si richiede a questo Spett.le Ente di fornire per il presidio di Montecchio Maggiore, data l'impossibilità di effettuare un sopralluogo tecnico, le tavole as-built, o comunque di progettazione esecutiva, degli impianti elettrici, idraulici, meccanici e di climatizzazione previsti per i locali oggetto di gara

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 59

La costruzione del presidio di Montecchio è in fase di esecuzione, si chiede pertanto all'offerente di specificare nell'offerta le esigenze riguardo agli impianti elettrici, idraulici, meccanici e di climatizzazione

previste nei locali messi in gara. I dati forniti verranno tenuti in considerazione per i necessari interventi di adeguamento del progetto e di realizzazione dei locali.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 60

Spett.le Amministrazione,

la presente per richiedere i seguenti chiarimenti:

- 1) *In relazione all'Allegato 3 CAPITOLATO TECNICO corelab punto 7.CONTROLLI DI QUALITÀ, al fine di prevedere il corretto quantitativo di reagenti necessario per i controlli di qualità interni (CQI), si chiede di chiarire se con ciascuna volta che viene eseguito il controllo si intende il dosaggio di un solo livello tra quelli previsti oppure si intende il dosaggio di tutti i livelli previsti.
A titolo di esempio si chiede se l'indicazione al punto 7.1. Controlli di Qualità Interni (CQI), di terza parte:
- Chimica clinica: non meno di 3 volte nell'arco delle 24 ore, 7 giorni/settimana
voglia significare che devono essere previsti quotidianamente n. 3 test al giorno per l'esecuzione dei controlli di qualità oppure se i test siano n. 6 (tre volte con ciascuna volta i due livelli necessari per la chimica).*
- 2) *In relazione al processo di sterilizzazione adottato di cui al punto "d" all'articolo 16 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che non risulta applicabile ai materiali offerti per questa procedura.*

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 60

- 1) Si intende il dosaggio di tutti i livelli previsti, quindi per collegarci all'esempio indicato: n.6 test (tre volte con ciascuna volta i due livelli necessari per la chimica).
- 2) Si conferma che le indicazioni richieste al punto "d" dell'art. 16 "Offerta tecnica" del disciplinare di gara debbano essere riportate solo se applicabili al materiale di consumo offerto.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 61

Si chiede di confermare che la richiesta di back-up nei Presidi Ospedalieri di Vicenza, Valdagno, Arzignano sia da intendersi come back up esclusivamente strumentale (soddisfatto, pertanto, con la fornitura di almeno due analizzatori) e non sia invece da intendersi come richiesta di mantenere tutti i reagenti sempre caricati a bordo contemporaneamente su due strumenti.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 61

Si conferma quanto richiesto.

IL DIRETTORE
UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E
GESTIONE DELLA LOGISTICA
Dott. Sandro Possamai