

Dipartimento Amministrativo Unico

UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

UOS Gare

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Sandro Possamai

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI N. 4 SISTEMI PER L'ESECUZIONE DI TEST DI CHIMICA CLINICA ED IMMUNOCHEMICA PER I LABORATORI DELL'UOC MEDICINA DI LABORATORIO DELL'AULSS N. 8 BERICA

ID SINTEL 194937642 CIG B50C1E9823

CHIARIMENTI DA N. 62 A N. 72

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 62

Si richiede a questo Spett.le Ente di specificare se per la fase di transizione del laboratorio dell'ospedale S.Bortolo di Vicenza sia possibile utilizzare la stanza vacante nella struttura a container posta di fronte all'ingresso dell'edificio C.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 62

Vedasi risposta al chiarimento n. 27.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 63

Relativamente alla Vs. "RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 33", pubblicata con Prot.n. 0015071/25 del 12/02/25, che si riporta di seguito:

"Il numero di test riportati nell'Allegato 3.1 "fabbisogni CAPITOLATO TECNICO Corelab" indica il numero di test refertati, come rappresentati e autorizzati dalla C.R.I.T.E. (Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia). La ditta dovrà offrire il materiale necessario per l'esecuzione, comprensivo di reagenti per calibrazioni, controlli e ripetizioni"

la Scrivente evidenzia l'apparente contraddizione rispetto alla previsione indicata a pag. 7 del Vs. Capitolato tecnico, Art. 5. QUALITA' E QUANTITA' TEST

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 63

Si rimanda all'avviso di adeguamento atti di gara pubblicato in data 27/02/2025.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 64

Si richiede se è possibile allegare unicamente il formato Excel della tabella che produrremo per meglio rispondere ad una caratteristica oggetto di valutazione, in riferimento al seguente documento:

Allegato 2 disciplinare di gara CORELAB CIG, Punto 16. OFFERTA TECNICA, tabella CRITERI DI VALUTAZIONE, sezione STRUMENTI ANALITICI e Metodi di Analisi, rif 16, Qualità Analitica (precisione ed esattezza, sensibilità funzionale; caratteristiche di performance in relazione a linee guida cliniche)

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 64

Si conferma che è possibile presentare una tabella in formato excel al fine della valutazione delle caratteristiche indicate al criterio n. 16 “Qualità Analitica (precisione ed esattezza, sensibilità funzionale; caratteristiche di performance in relazione a linee guida cliniche)” di cui all’art. 16 del Disciplinare di gara, purché siano indicate tutte le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti richiesti e alla loro valutazione.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 65

Si chiede di confermare la possibilità di utilizzo nel transitorio dell'area 9B.1.106 "MAGAZZINO" dell' Allegato 6.b planimetria Noventa, come indicatoci in fase di sopralluogo.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 65

Lo spazio indicato come magazzino può essere utilizzato nel periodo di transizione, compatibilmente con quanto già contenuto.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 66

Con riferimento alla risposta fornita al chiarimento n.12, si chiede di confermare che sia possibile considerare una seduta settimanale per i soli test non urgenti.

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 66

Si conferma che per i test non urgenti e con un numero inferiore a 200 è possibile considerare una sola seduta settimanale.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 67

Con riferimento alle informazioni fornite con la risposta al chiarimento n. 48, si chiede di specificare il tempo di centrifugazione da utilizzare per poter eseguire una corretta valutazione del TAT.

RISPOSTA CHIARIMENTO N. 67

Ai fini del calcolo del TAT si può considerare un tempo di centrifugazione di 10’.

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 68

La presente per chiedere i seguenti chiarimenti:

VICENZA

a. *Si chiede di fornire il dato di portata del solaio ai carichi permanenti ed accidentali dell’area di intervento.*

b. Si chiede se i ventilconvettori esistenti nell'area oggetto di intervento possano funzionare in solo freddo anche in inverno.

c. Si chiede di indicare la potenza frigorifera disponibile per l'area oggetto di intervento sia in estate che in inverno. Si chiede inoltre se è disponibile una tavola as-built dell'impianto di climatizzazione dell'area di intervento.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 68

- a. Il solaio è progettato per un carico accidentale pari a Carico accidentale: 600 da/m²
- b. I ventilconvettori sono alimentati a due tubi: estate- inverno. C'è disponibilità di acqua fredda anche in inverno.
- c. (7-12°C) con derivazione dalla centrale termica. Per le tavole as-built si rimanda alla documentazione pubblicata nella piattaforma Sintel ("dati_Vicenza").

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 69

La presente per chiedere i seguenti chiarimenti:

NOVENTA VICENTINA

a. Si chiede di fornire il dato di portata del solaio ai carichi permanenti ed accidentali dell'area di intervento.

b. Si chiede di indicare la potenza di riserva disponibile prelevabile in aggiunta a quella attuale dal quadro elettrico dell'area di intervento e di indicare se tale potenza è disponibile da continuità assoluta (UPS) o solamente da rete gruppo elettrogeno. Se il quadro di laboratorio non ha potenza extra disponibile si chiede di indicare posizione in pianta e fornire schema elettrico del quadro a monte di quello di laboratorio.

c. Si chiede di indicare la potenza frigorifera disponibile per l'area oggetto di intervento.

d. Si chiede di indicare quali sono le temperature di funzionamento dei fluidi termovettori dell'impianto di climatizzazione (acqua calda e acqua refrigerata).

e. Si chiede di indicare se l'acqua refrigerata è disponibile anche in inverno.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 69

- a. Non esiste solaio. La pavimentazione è posata, previo massetto su vespaio.
- b. Si rimanda alla documentazione pubblicata nella piattaforma Sintel ("dati_Noventa")
- c. Nessuna disponibilità
- d. Nessuna disponibilità di acqua refrigerata, Acqua calda: differenziale termico 60 – 70 °C
- e. Nessuna disponibilità

RICHIESTA CHIARIMENTO N. 70

Si richiede a questo Spett.le Ente di specificare quale sia la portata dei solai per le stanze oggetto di gara in ogni presidio.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 70

Per l'ospedale di Arzignano, vedasi risposta al chiarimento n. 54.

Per l'ospedale di Montecchio, vedasi risposta al chiarimento n. 55.

Per l'ospedale di Valdagno, vedasi risposta al chiarimento n. 56.

Per l'ospedale di Vicenza, vedasi risposta al chiarimento n. 68.

Per l'ospedale di Noventa, vedasi risposta al chiarimento n. 69.

RICHIESTA CHIARIMENTO N 71

Si richiede a questo Spett.le Ente di specificare quale sia il potere refrigerante dell'impianto di climatizzazione esistente nelle varie stanze oggetto di gara in ogni presidio.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 71

Per l'ospedale di Montecchio:

La costruzione è in fase di esecuzione, l'offerente dovrà indicare il potere refrigerante richiesto per i locali interessati; i dati verranno presi in considerazione per gli eventuali interventi di adeguamento del progetto in fase di costruzione.

Per l'ospedale di Arzignano, vedasi risposta al chiarimento n. 54.

Per l'ospedale di Valdagno, vedasi risposta al chiarimento n. 56.

Per l'ospedale di Vicenza, vedasi risposta al chiarimento n. 68.

Per l'ospedale di Noventa, vedasi risposta al chiarimento n. 69.

RICHIESTA CHIARIMENTO N 72

Si richiede a questo Spett.le Ente di fornire, se disponibili, le tavole as-built degli impianti elettrici, idraulici, meccanici e di climatizzazione per il presidio di Noventa Vicentina.

RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 72

Si rimanda alla documentazione pubblicata nella piattaforma Sintel ("dati_Noventa")

IL DIRETTORE
UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E
GESTIONE DELLA LOGISTICA
Dott. Sandro Possamai